



EMPRESA CERTIFICADA
ISO 13485:2016



FGP srl

Via Alessandro Volta 3
I-37062 Dossobuono VR
T +39 0458600867
F +39 0458600835
www.fgpsrl.it - fgpsrl@fgpsrl.it



FISTRPORTDUA100
Rev. 05 - 06/23

- Utilizar na pele íntegra.
- Se presentes feridas, proteger conforme as indicações médicas.
- Não utilizar em caso de desgaste, rotura ou não integridade do material.
- Embalagem e as instruções fazem parte do dispositivo médico.
- A modificação/alteração do dispositivo médico exclui todas as responsabilidades do fabricante. Para evitar uma possível perda de funcionalidade do produto ou uma duração limitada do mesmo, é aconselhável prevenir / limitar o contato do aparelho com cremes, óleos, loções ou substâncias gordurosas ou ácidas.
- Para evitar uma possível perda de funcionalidade do produto ou uma duração limitada do mesmo, é aconselhável prevenir / limitar o contato do dispositivo com cremes, óleos, loções ou substâncias gordurosas ou ácidas.
- Não proceda à modificação dos ajustes feitos pelo médico ou técnico de ortopedia no caso de uma perda de funcionalidade do produto.
- O produto não prevê acessórios e não foi concebido para ser utilizado em combinação com outros **MD** (por ex., no caso de aplicação de cremes, aguarde o tempo necessário para a sua absorção completa).

AVISOS DE USO

INDICAÇÕES: ortótese destinada à imobilização mecânica da articulação do pulso. Util, por exemplo, nos casos de: traumas moderados e severos de distorção do punho; tendinites flexoras e extensoras; resultantes de fraturas de punho; tratamento pós-traumático de fraturas estáveis em idosos; pós-operatório de fraturas do rádio e da ulna distais; artralgias.

CONTRAINDICAÇÕES: nada a referir até ao momento. A aplicação correta, de acordo com as indicações pontuais fornecidas pelo médico assistente ou pelo técnico de ortopedia, não dá azo a contra-indicações.

APLICAÇÃO: apenas para adultos.



DUAL LOCK

Imobilizadores de pulso com tala




Orthopedic
& Rehabilitation
Equipment

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

1. O sistema de fixação com alça múltipla superior não precisa de ser completamente desapertado para colocar ou tirar a ortótese.
2. Desaperte as cintas de fixação e coloque o imobilizador de pulso (fig. 1).
3. Feche respetivamente e em sequência as cintas de fixação A, C, B (fig. 2).
4. Posição ideal do imobilizador de pulso (fig. 4).

PARA O TÉCNICO DE ORTOPEDIA

Remove a tala moldável, adapte-a ao paciente e depois reinsira-a.



TALA

- palmar em alumínio moldável
- alça múltipla superior de tecnopolímero

ESTRUTURA

- material interno de tecido macio Sensitive® Fabrics com enchimentos de proteção e furos para maior respirabilidade
- material externo de veludo aderente para total adaptabilidade
- moldagem anatómica para controlo ideal do pulso
- de abertura total

FECHO

- por meio de 3 cintas de fixação por aderência equipadas com abas de segurança para impedir a saída da alça múltipla
- faixa central alongada para uma maior estabilização

MEDIDAS (ambidextro)

Tamanho	Ø Punho
S	14–18 cm
M	19–23 cm
L	24–28 cm



Altura
21 cm

Código de encomenda: EDUA-100

LIMPEZA

SÍMBOLO	SIGNIFICADO
	Lavagem à mão. NOTA: lavagem à mão normal à temperatura máxima de 30° com sabão neutro. Passar bem por água
	Não branquear
	Não secar na máquina de lavar roupa de tambor rotativo
	Não engomar
	Não lavar a seco

CONSERVAÇÃO: armazenar em local seco à temperatura ambiente. Proteja do calor, da exposição direta à luz solar e da humidade. **Eliminação:** não disperse no ambiente. O produto pode ser eliminado juntamente com os resíduos domésticos.

NOTA: este dispositivo médico de classe I deve ser utilizado tendo em conta os devidos avisos indicados nestas instruções, em combinação com os fornecidos pelo técnico de ortopedia ou pelo médico assistente, que fazem parte integrante das mesmas. Para todas as eventuais problemáticas surgidas em consequência da utilização do dispositivo, dirija-se ao médico assistente ou ao técnico de ortopedia. Em caso de reclamações ou alegados maus funcionamentos, queira dirigir-se ao revendedor junto do qual foi adquirido o produto. A ortótese é fabricada para utilização exclusiva num único paciente. Em caso de acidente grave, morte ou deterioração grave das condições de saúde do paciente, relativas ao **MD**, contacte imediatamente o fabricante e a Autoridade competente.

Distribuído em Portugal por: medi Bayreuth, Unip., Lda
Rua do Centro Cultural, 43 1700-106 Lisboa
Telefone: 21 843 71 60 - Fax : 21 847 08 33
mail: medi.portugal@medibayreuth.pt /internet: www.medi.pt