




# ISTRUZIONI PER L'USO

1. Indossare il tutore come da fig. 1.
2. Togliere come da fig. 2.



## STRUTTURA

- soft tubolare in neoprene, con foro rotuleo

## SNODO/ASTE

- nessuno

## STABILIZZATORE ROTULEO

- in plastazote a forma di mezzaluna orientabile a 360°

## CHIUSURA

- nessuna

## MISURE (ambidestro)

| Taglie | Ø Coscia    |
|--------|-------------|
| XS     | 34–39 cm    |
| S      | 40–45 cm    |
| M      | 46–51 cm    |
| L      | 52–57 cm    |
| XL     | oltre 58 cm |



## Altezza

32 cm

## Codice d'ordine:

FILAMED401

## PULIZIA

| SIMBOLO | SIGNIFICATO   |
|---------|---|
|         | Lavaggio a mano. NOTA: normale lavaggio a mano a temperatura massima di 30° con sapone neutro. Risciacquare accuratamente |
|         | Non candeggiare   |
|         | Non asciugare in asciugabiancheria a tamburo rotativo   |
|         | Non stirare   |
|         | Non lavare a secco  |

**CONSERVAZIONE:** conservare in luogo asciutto a temperatura ambiente.

Proteggere dal calore, dall'esposizione diretta alla luce del sole e dall'umidità.

**Smaltimento: non disperdere nell'ambiente.**

**Il prodotto può essere smaltito con i rifiuti domestici.**

**NOTA:** questo dispositivo medico di classe I deve essere utilizzato con le dovute avvertenze riportate nelle presenti istruzioni, in combinata con quelle fornite dal tecnico ortopedico o dal medico curante, che formano parte integrante delle stesse. Per ogni presunta problematica insorta in conseguenza dell'uso del dispositivo rivolgersi al medico curante o al tecnico ortopedico. In caso di reclami o asseriti malfunzionamenti, si prega di rivolgersi al rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto. L'ortesi è realizzata per l'uso esclusivo di un singolo paziente. In caso di incidente grave, morte o grave deterioramento delle condizioni di salute del paziente, relazionabili al **MD**, contattare immediatamente il fabbricante e l'Autorità competente.