BANDA PELVICA
- fissa

SPINTA STERNALE
- fissa dotata di pelota in similpelle imbottita

STRUTTURA
- in alluminio
- imbottiture in similpelle e materiale espanso

PELOTA DORSALE
- agganciata mediante cintura a strappo
- realizzata in similpelle
- orientabile sia orizzontalmente che verticalmente

MISURE

Taglie	Ø Bacino
S	60-75 cm
M	76-90 cm
L	91-105 cm
XL	106-115 cm

Altezza
G35-100 standard
G35-090 short

Codici d'ordine: G35-100; G35-090

PULIZIA

SIMBOLO	SIGNIFICATO
	Lavaggio a mano. NOTA: normale lavaggio a mano a temperatura massima di 30° con sapone neutro. Risciacquare accuratamente
	Non candeggiare
	Non asciugare in asciugabiancheria a tamburo rotativo
	Non stirare
	Non lavare a secco

CONSERVAZIONE: conservare in luogo asciutto a temperatura ambiente. Proteggere dal calore, dall'esposizione diretta alla luce del sole e dall'umidità.
Smaltimento: non disperdere nell'ambiente.
Il prodotto può essere smaltito con i rifiuti domestici.

NOTA: questo dispositivo medico di classe I deve essere utilizzato con le dovute avvertenze riportate nelle presenti istruzioni, in combinata con quelle fornite dal tecnico ortopedico o dal medico curante, che formano parte integrante delle stesse. Per ogni presunta problematica insorta in conseguenza dell'uso del dispositivo rivolgersi al medico curante o al tecnico ortopedico. In caso di reclami o asseriti malfunzionamenti, si prega di rivolgersi al rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto. L'ortesi è realizzata per l'uso esclusivo di un singolo paziente. In caso di incidente grave, morte o grave deterioramento delle condizioni di salute del paziente, relazionabili al MD, contattare immediatamente il fabbricante e l'Autorità competente.

Ortopedic & Rehabilitation Equipment
FGP

G35-100

Iperestensore vertebrale a 3 punti fisso

Ortopedic & Rehabilitation Equipment
FGP

FGP srl
Via Alessandro Volta 3
I-37062 Dossobuono VR
T +39 0458600867
F +39 0458600835
www.fgpsrl.it - fgp@fgpsrl.it

FISTRG335-100
Rev. 03 - 02/23

AZIENDA CERTIFICATA
ISO 13485:2016

Fabbricante
Dispositivo medico
Codice prodotto
Codice lotto
Uso multiplo singolo paziente
Consultare le istruzioni d'uso
Conservare in ambiente secco
Conservare lontano da fonti di calore

INDICAZIONI: tutore destinato alla limitazione del range di movimento del tratto di colonna vertebrale compreso tra D10 ed L3, quando richiesto nel trattamento di stati patologici di natura ortopedica del tronco, come ad esempio: cedimenti somatici (traumatici e non), cedimenti e fratture in osteoporosi; post operatorio regione lombare; fratture stabili dorso-lombari (singole o combinate); trattamento conservativo di patologia neoplastica dorso-lombare; instabilità dorso-lombare non operabile.
CONTROINDICAZIONI: al momento, nessuna nota. La corretta applicazione, secondo le puntuali indicazioni fornite dal medico curante o del tecnico ortopedico, non dà luogo a controindicazioni. **APPLICAZIONE:** solo per adulti.

⚠ AVVERTENZE D'USO
- Utilizzare su cute integra.
- Se presenti ferite proteggere come da indicazioni mediche.
- Non utilizzare in caso di usura, rottura o non integrità del materiale.
- Il tutore deve essere indossato con una maglietta o una canottiera.
- La confezione e le istruzioni fanno parte del dispositivo medico.
- La modifica/alterazione del dispositivo medico esclude ogni responsabilità del fabbricante.
- Per evitare una possibile perdita di funzionalità del prodotto o una limitata durata dello stesso si consiglia di prevenire/limitare il contatto tra il dispositivo e creme, oli, lozioni o sostanze grasse o acide.
- Non procedere a modificare le regolazioni effettuate dal medico o tecnico ortopedico sul MD in modo da non portare ad una perdita di funzionalità del prodotto.
- Il prodotto non prevede accessori e non è stato concepito per essere utilizzato in combinazione con altri MD (p.es. in caso di applicazione di creme, attendere il tempo necessario al loro completo assorbimento).

ISTRUZIONI PER L'USO

1. Indossare il tutore avendo cura che il cuscinetto sternale in alto appoggi esattamente sullo sterno.
   Far passare la cintura d'appoggio dorsale dietro la schiena.
   Agganciare il gancio slitta, in modo che non risulti troppo stretto, come in figura A (nel caso ciò si verificasse, sganciare e regolare il Velcro).
   Infine, bloccare la chiusura B.Fast e si otterrà il fissaggio definitivo (figg. B-C).

2. Per togliere il tutore aprire la chiusura B.Fast (Sequenza figure D, E e F) e poi il gancio slitta (Sequenza figure G, H e I).

A



B



C



D



E



F



G



H



I



ISTRUZIONI PER IL TECNICO ORTOPEDICO

Semplicemente agendo nella parte sternale
e in quella laterale è possibile regolare l'altezza e la larghezza del tutore.