PHYLOETEK 60
PHYLOETEK 61

Linha PhyloEtek - Joelheira transpirante aberta e não aberta, com varetas em espiral

ESTRUTURA: soft em tecido PhyloEtek transpirante sem costuras com espessura reduzida, trama diferenciada na zona do popliteo; tubular para PhyloEtek 60; com orifício rotuliano; completamente aberto para PhyloEtek 61.

ARTICULAÇÃO/HASTE: dupla vareta em espiral lateral e média

ESTABILIZADOR ROTULIANO: em forma de meia-lua coberto com tecido suave, orientável a 360° com sistema de velcro para PhyloEtek 60; nenhum para PhyloEtek 61.

FECHO: mediante duas faixas de velcro perfiladas reguláveis com sistema de pinças numeradas.

INDICAÇÕES

PhyloEtek 60: condropatias fémoro-rotulianas moderadas ou graves; leves tendinopatias da rótula; leves artroses fémoro-rotulianas; luxações rotulianas e/ou distensões do joelho; leve instabilidade pós-traumática.

PhyloEtek 61 : leve instabilidade pós-traumática; distensão do joelho, estabilização pós-traumática do joelho; gonartrose leve.

MEDIDAS

Tamanho	Ø Coxa
XS	34–40 cm
S	40–46 cm
M	46–52 cm
L	52–58 cm
XL	58–65 cm
XXL	65–72 cm



ALTURA
PhyloEtek 60 34 cm
PhyloEtek 61 34 cm

CÓDIGO DE ENCOMENDA
PY-TK60
PY-TK61

INSTRUÇÕES DE USO

PHYLOETEK 60

1. Abra as tiras de velcro e faça deslizar ao longo da perna de forma a que a zona de silicone presente no interior do tutor fique posicionada na parte superior da perna.
2. Coloque o tutor de forma a que o orifício rotuliano fique colocado exatamente na rótula.
3. Por fim, fixe o fecho de velcro inferior A e, em seguida, o superior B (fig. 2 e 3).
4. Para remover o tutor, abra as tiras de velcro e extraia a joelheira conforme na fig. 4.



PHYLOETEK 61

1. Abra as tiras de velcro e extraia das respetivas casas. Abra o fecho frontal e enrole a ortótese apertando-a em volta da perna por trás, de forma a que a zona de silicone presente no interior do tutor fique posicionada na parte superior da perna.
2. Coloque o tutor de forma a que o orifício rotuliano fique colocado exatamente na rótula e feche primeiro a parte inferior e depois a superior do fecho frontal (fig. 1 e 2).
3. Enfie as tiras de velcro nas respetivas casas e feche primeiro a tira de velcro A e depois a superior B (fig. 3 e 4).
4. Para remover o tutor, abra as tiras de velcro e enfie-as nas casas, abra o fecho frontal e remova a joelheira.



CONTRAINDICAÇÕES: no momento, nenhuma nota. A aplicação correta, segundo as indicações pontuais fornecidas pelo médico assistente ou pelo técnico ortopédico, não dá lugar a contraindicações.

APLICAÇÃO: apenas para adultos.

UTILIZAÇÃO PREVISTA DO DISPOSITIVO MÉDICO MD coadjuvante no tratamento dos estados patológicos de natureza ortopédica do membro inferior.

MANUTENÇÃO

SÍMBOLO	SIGNIFICADO
	Lavagem à mão. NOTA: lavagem à mão normal à temperatura máxima de 30° com sabão neutro. Passar bem por água
	Não branquear
	Não secar na máquina de lavar roupa de tambor rotativo
	Não engomar
	Não lavar a seco

CONSERVAÇÃO: conserve num local seco à temperatura ambiente. Proteja do calor, da exposição direta à luz solar e da humidade. **Eliminação: não dispersa no ambiente. O produto pode ser eliminado juntamente com os resíduos domésticos.**

NOTA: este dispositivo médico de classe I deve ser usado com as devidas advertências indicadas nas presentes instruções, em combinação com as fornecidas pelo técnico de ortopedia ou pelo médico assistente, que fazem parte integrante das mesmas. Para todas as eventuais problemáticas surgidas em consequência da utilização do dispositivo, dirija-se ao médico assistente ou ao técnico de ortopedia. Em caso de reclamações ou alegados maus funcionamentos, queira dirigir-se ao revendedor junto do qual foi adquirido o produto. A ortótese é fabricada para utilização exclusiva num único paciente. Em caso de incidente grave, morte ou deterioração grave das condições de saúde do paciente, relacionadas com MD, queira contactar imediatamente o fabricante e as Autoridades competentes.

Fabricante | MD Dispositivo médico | Consulte as instruções de utilização | Conservar em ambiente seco | REF Código produto | LOT Código lote | Conservar afastado de fontes de calor | Utilização múltipla um único paciente

Distribuído em Portugal por:
medi Bayreuth, Unip., Lda
Rua do Centro Cultural, 43 1700-106 Lisboa
Telefone: 21 843 71 60 - Fax : 21 847 08 33
mail: medi.portugal@medibayreuth.pt /Internet: www.medi.pt

⚠ AVISOS DE USO

- Utilizar na pele íntegra.
- Se presentes feridas, proteger conforme as indicações médicas.
- Não utilizar em caso de desgaste, rotura ou não integridade do material.
- A embalagem e as instruções fazem parte do dispositivo médico.
- A modificação/alteração do dispositivo médico isenta o fabricante de todas as suas responsabilidades.
- Para evitar uma possível perda de funcionalidade do produto ou uma duração limitada do mesmo, é aconselhável prevenir/limitar o contacto entre o dispositivo e cremes, óleos, loções ou substâncias gordas ou ácidas.
- Não proceda a modificar as regulações efetuadas pelo médico ou técnico de ortopedia no MD de forma a não conduzir a uma perda de funcionalidade do produto.
- O produto não prevê acessórios e não foi pensado para ser usado em conjunto com outros MD (por ex., em caso de aplicação de creme, aguarde o tempo necessário para a sua absorção completa).

Rev.0 - 07/22

CE

EMPRESA CERTIFICADA
ISO 13485:2016

FGP® Orthopedic & Rehabilitation Equipment

FGP srl
Via Alessandro Volta 3
I-37062 Dossobuono VR
T +39 0458600867
F +39 0458600835
www.fgpsrl.it - fgp@fgpsrl.it